

# КРОВАТЬ АКУШЕРСКАЯ КМР139-МСК с фиксированной высотой

## МСК-139



для родовых отделений больниц, родильных домов и перинатальных центров



### ОПИСАНИЕ

**Предназначена** для размещения пациенток при родовспоможении, а также проведения диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, акушерских, гинекологических и урологических процедур и операций в течении всего периода нахождения в родильных отделениях лечебных учреждений.

**Регулировка** наклона секции "Спина" пневмопружиной.

**Матрац** трех-сегментный изготовлен из поролона, обтянутого винилискожей.

**Съемные спинки** из жесткого полиэтилена, армированы стальными трубами.

**Боковые ограждения** из стальной трубы и листа, опускаются под ложе с радиальным ходом, снабжены кнопочными фиксаторами верхнего положения.

**Рейки боковые** для крепления съемных приспособлений установлены на раме.

**Опоры для колен, упоры для ног** из нержавеющей стали, и облицованы винилискожей с поролоновой прослойкой. Регулируются по высоте и направлению винтовыми фиксаторами.

**Опоры для рук** полукруглые из нержавеющей трубы.

**Гинекологический лоток** из нержавеющей стали, съемный, установлен в выдвигающуюся рамку под выдвигающей рамой.

**Колеса** поворотные, самоориентирующиеся, Ø 125 мм, с ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу, все колеса – тормозом.

**Дополнительно** может комплектоваться инфузионной стойкой.

**Материалы и покрытия** кровати устойчивы к истиранию, воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

**Поставляется** в собранном виде.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты	
В положении «Кровать»	2000x1000x1370 мм
В положении «Кресло»	1710x1000x1750 мм
Высота ложа	940 мм
Допустимая распределённая нагрузка	не более 160 кг
Масса	не более 100 кг

наклон спинной секции



КОНТАКТЫ: